



**CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ**

**ANEXA**

**La Referatul Tehnic de Evaluare a Laboratorului de Toxicologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Maramureș**

Comisia de specialiști ai Centrului Regional de Sănătate Publică Cluj, formată din Dr. Ana-Maria Sandu, Chim. pr. Rita Ghițulescu și Chim. Mocanu Alexandru, care a făcut evaluarea, constatând că sunt îndeplinite normele prevăzute de Ordinul MS nr. 1093/2004 cu modificările și completările ulterioare, propune prelungirea abilitării Laboratorului de Toxicologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Maramureș, pentru efectuarea următoarelor determinări:

Nr. crt.	Noxa profesională/indicatori biotoxicologici	Metoda de analiză	Observații
1.	Metale grele: plumb, cupru, crom, zinc, fier, arsen	spectrofotometrie de absorbție atomică	corespunde
2.	Acid cianhidric și cianuri	spectrometrie moleculară UV-VIS	corespunde
3.	Cetone	spectrometrie moleculară UV-VIS	corespunde
4.	Formaldehida	spectrometrie moleculară UV-VIS	corespunde
5.	Amoniac	spectrometrie moleculară UV-VIS	corespunde
6.	Dioxid de carbon	electrochimică	corespunde
7.	Monoxid de carbon	electrochimică	corespunde
8.	Oxizi de azot	electrochimică	corespunde
9.	Hidrogen sulfurat	electrochimică	corespunde
10.	Zgomot	sonometrie	corespunde
11.	Microclimat (umiditate relativă, temperatura ambientală)	termohigrometrie	corespunde
12.	Iluminat	optică	corespunde
13.	Pulberi inhalabile	gravimetrică	corespunde
14.	Pulberi totale	gravimetrică	corespunde



Data: 11.11.2024

Șef Secție

Dr. Viman Cristina

Evaluatori:

Dr. Ana-Maria Sandu

Chim. pr. Rita Ghițulescu

Chim. Mocanu Alexandru