



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI CONTROL ÎN SĂNĂTATE
PUBLICĂ**

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 70052, București, ROMANIA
Telefon: 021/ 3072.667 / 557 FAX: 021 / 313.14.52./ 021.30.72.560

Nr.69964/16.01.2014

**APROB,
MINISTRU**

EUGEN NICOLĂESCU

**AVIZAT,
SECRETAR DE STAT**

ADRIAN PANĂ

INFORMARE

Ref:la acțiunea tematică de control privind verificarea unităților de transfuzii și supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale din spitale

În conformitate cu Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2013 precum și cu atribuțiile Ministerului Sănătății de a asigura inspecția și controlul pentru verificarea conformității unităților sanitare cu paturi, în calitate de autoritate competentă în acest domeniu (*Ordinului MS nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat*), Direcția Sănătate Publică și Control în Sănătate Publică a organizat și coordonat în **perioada 18.11 – 09.12.2013**, acțiunea tematică de control privind verificarea în **unităților de transfuzii și supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale din spitale**.

Obiectivele acțiunii tematice în domeniile UTS și unități sanitare au fost următoarele:
UTS vizează respectării prevederilor

- I. Acțiunea de inspecție privind verificarea UTS avizat controlul respectării prevederilor:
 1. Ordinului MSP nr. 1228 /2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilență, de asigurare a trasabilității, precum și a Regulamentului privind sistemul de înregistrare și raportare în cazul apariției de incidente și reacții adverse severe legate de colecta și administrarea de sânge și de componente sanguine umane
 2. Ordinului MS Nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităților de transfuzie sanguină din spitale
 3. Cap. 5 al Ordinului MSP nr. 1226/2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuția și transportul sângelui și componentelor sanguine umane
 4. Ordinului MSP nr. 1343/ 2007 pentru aprobarea Ghidului național de utilizare terapeutică rațională a sângelui și a componentelor sanguine umane

5. Ordinului MS Nr. 1132/2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele și specificațiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituțiile medicale care desfășoară activități în domeniul transfuziei sanguine.
 6. Ordinului MSP nr. 1227/2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă
 7. Respectarea prevederilor legale privind gestionarea deșeurilor periculoase, conform Ordinului MS nr. 219/2002;
- În cadrul acestei acțiuni au fost controlate un număr de **249** de unități sanitare cu paturi, **2784** secții spital (95542 paturi spital).
 - Numărul total de pacienți **transfuzati** a fost de **187992**, din care **politransfuzati** **105376** (numărul pacienților transfuzati/ politransfuzati nu poate fi calculat cu exactitate deoarece unele unități sanitare nu dispun de un sistem informatizat)

Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor au fost aplicate un număr de **55 sancțiuni contravenționale** din care:

- Amenzi: **3** în valoare de **31.100 Ron**;
- Avertismente: **52**

În ceea ce privește respectarea conformității unităților de transfuzii din spitale, din rapoartele transmise s-au evidențiat, printr-o frecvență ridicată, următoarele neconformități:

- 65,8% frigiderelor și congelatoarelor din dotarea UTS-urilor, nu dispun de sisteme de alarma vizuala și auditiva și nici de monitorizarea automata a temperaturii,
- echipamente critice din dotarea UTS-urilor prezinta defectiuni tehnice(echipament incalzire/dezghetare/plasma Barkery si Sudeuza- BT 100; agitator trombocite; agitator CT), în 84% din totalul de unități controlate
- unitățile au în dotare genți de transport neomologate pentru sânge și PSL-uri 82% din unități.
- s-au raportat reacții adverse/ incidente post- transfuzionale în 5,5 % din cazuri,acestea au fost: frison, reacție febrilă; dispnee, dureri lombare, transpirații, hipotensiune arteriala, suspiciune infecție virală posttransfuzionala cu infecție West Nile; erupție și prurit;
- fisa aparte a pacientului transfuzat în 69,8% din totalul de unități controlate, restu prezentând aceste consemnări în foaia de observație.

II. Acțiunea de control care vizează verificarea respectării normelor privind supravegherea infecțiilor nozocomiale:

1. Respectarea normelor de curățenie și sterilizare conform prevederilor Ordinului MS nr. 261/2007;
2. Conformitatea produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare) la prevederile HG nr. 956/2005;
3. Respectarea dispozițiilor Legii nr. 349/2002, privind interzicerea fumatului în spațiile publice închise.

4. Ordin MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
5. Ordin MS nr. 261/ 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare
6. Ordin Nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

În cadrul acțiunii tematice de control privind verificarea modului de supraveghere și controlul infecțiilor nosocomiale, principalele deficiente constatate au fost:

- nu dețin registru de autocontrol, în 7% din totalul de unități controlate
- nu se respectă planul anual de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, în 1,5% din totalul de unități controlate
- nu se realizează autocontrolul (nu dețin laborator mictobiologic), în 4% din totalul de unități controlate
- nu se asigură personal calificat, angajat pe compartimentul și controlul infecțiilor nosocomiale în 2,5% din totalul de unități controlate
- nu se înregistrează cu exactitate materialele supuse sterilizării la fiecare sarja a fiecărui aparat în parte.

Pentru asigurarea protecției sănătății, inspectorii sanitari vor continua acțiunile de control privind verificarea conformității unităților sanitare cu paturi și vor efectua recontroale la unitățile sanitare cu paturi la care au fost depistate deficiențe și abateri de la prevederile legislative în vigoare.

În vederea informării populației, vă rugăm să aprobați postarea raportului, pe site-ul Ministerului Sănătății la capitolul "Control în Sănătate Publică".

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR ADJUNCT

DR. SIMONA PÂRVU

Întocmit: Dr.Sorana Lixandru